

2º ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamento Médico Hospitalar destinado às necessidades da equipe assistencial, Unidades de Suporte Avançado e Suporte Básico do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO.

NO EDITAL EM REFERÊNCIA:

ONDE SE LÊ:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

**PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 12/2023**

ITEM	UN	DESCRIÇÃO	QTD	VR MÉDIO UNIT	VR MÉDIO TOTAL
01	UN	SISTEMA MECÂNICO DE COMPRESSÃO TORÁCICA AUTOMÁTICA, COMPLETO, PRONTO PARA USO. Acompanha todos os acessórios necessários para seu pleno funcionamento, alimentação através de bateria recarregáveis podendo ser uma, ou duas, ou três baterias, permitindo ao menos 125 minutos de compressões contínuas em um paciente adulto normal. Possui sistema microprocessado que permita atualizações do software para atender a novos protocolos. Possui memória interna para armazenar informações do atendimento para posterior revisão e análise através de software compatível com PC. Parâmetros	24	R\$ 143.166,66	R\$ 3.435.999,99

	<p>pré-definidos e ajustáveis em compressões de 100-120 CPM, com, no mínimo 05 centímetros de profundidade de compressão. Ajuste manual de ventosa, possibilidade de ativar modo contínuo ou manual da relação 30 compressões para 02 ventilações. Led de alerta de ventilação. Deverá possuir sistema de segurança que ajuste a compressão de acordo com a impedância torácica. Itens que acompanham o equipamento: 01 (uma) mochila/bolsa de transporte impermeável, acessório original, com duas alças de costa, rígida que permita a proteção do equipamento e transporte em moto ambulância e ambulância em condições de chuva, 10(dez) ventosas compatíveis com o equipamento, baterias para operação por 125 minutos, 01 (um) cinto para fixação do paciente no equipamento, 01 (um) carregador externo para bateria, 01 (um) carregador para carregamento das baterias no equipamento, Garantia mínima de 12 meses para as baterias e 24 meses para equipamento com visitas semestrais para manutenções preventivas durante o período de garantia. Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, registro na ANVISA válido, Boas Práticas de Fabricação, Manual do Equipamento em</p>			
--	--	--	--	--

		português para conferência das especificações, Declaração do fabricante ou importador onde qualifica a assistência técnica dentro do estado de Minas Gerais que será responsável pelo treinamento e pelo período de garantia. A Contratada deverá prover treinamento presencial com pessoal devidamente qualificado autorizado pelo fabricante, devendo ministrar treinamento para usabilidade do equipamento em pelo menos três turnos manhã, tarde e noite por dois dias.			
--	--	---	--	--	--

LEIA-SE:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

**PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 12/2023**

ITEM	UN	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
01	UN	<p>SISTEMA MECÂNICO DE COMPRESSÃO TORÁCICA AUTOMÁTICA, COMPLETO, PRONTO PARA USO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acompanha todos os acessórios necessários para seu pleno funcionamento, alimentação através de bateria recarregáveis podendo ser uma, ou duas, ou três baterias, permitindo ao menos 125 minutos de compressões contínuas em um paciente adulto normal. Possuir sistema microprocessado 	24	R\$ 143.166,66	R\$ 3.435.999,99

	<p>que permita atualizações do software para atender a novos protocolos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parâmetros pré-definidos e ajustáveis em compressões de 100-120 CPM, com, no mínimo 05 centímetros de profundidade de compressão. • Deverá possuir sistema de segurança que ajuste a compressão de acordo com a impedância torácica. • Peso máximo de 10kg. <p>Itens que acompanham o equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) mochila/bolsa de transporte impermeável, acessório original, com duas alças de costa, rígida que permita a proteção do equipamento e transporte em moto ambulância e ambulância em condições de chuva. • 10(dez) ventosas compatíveis com o equipamento • baterias para operação por 125 minutos. • 01 (um) cinto para fixação do paciente no equipamento. • 01 (um) carregador externo para bateria. • 01 (um) carregador para carregamento das baterias no equipamento. • Garantia mínima de 12 meses para as baterias e 24 meses para equipamento com visitas semestrais para manutenções preventivas durante o período de garantia. <p>Deverá apresentar juntamente com a proposta de preços, registro na ANVISA válido, Boas Práticas de Fabricação, Manual do Equipamento em português para conferência das especificações, Declaração do fabricante ou importador onde qualifica a assistência técnica dentro do estado de Minas Gerais que será responsável pelo treinamento e pelo</p>			
--	---	--	--	--

		período de garantia. A Contratada deverá prover treinamento presencial com pessoal devidamente qualificado autorizado pelo fabricante, devendo ministrar treinamento para usabilidade do equipamento em pelo menos três turnos manhã, tarde e noite por dois dias.			
--	--	--	--	--	--

Sem mais para o momento, requer publicar os termos desta decisão, manter as demais cominações do edital.

João Pinheiro-MG, 03 de Maio de 2023.

Adão Pereira da Silva
Pregoeiro